



Baxter

03-11-2014

Olimel Perifer/Olimel medicineringsfejl, påmindelse om vigtigheden af korrekt forberedelse og indgivelse

Kære læge og andet sundhedspersonale

Med henblik på at undgå medicineringsfejl under forberedelse og indgivelse af Olimel Perifer/Olimel og potentiel skade for patienter ønsker Baxter A/S efter aftale med Sundhedsstyrelsen at give følgende information:

Sammenfatning

- Der er rapporteret om fejl under anvendelse af Olimel Perifer/Olimel, som er opstået enten på grund af ufuldstændig eller mislykket "aktivering" (blanding) af kamrene på posen, eller andre typer af medicineringsfejl, så som for høj infusionshastighed eller ukorrekt administrationsvej.
- Instruksen for forberedelse og indgivelse, som er beskrevet i produktinformationen, **SKAL** følges nøje for at undgå ufuldstændig aktivering af posen inden indgivelse eller andre medicineringsfejl.
- Olimel formuleringerne N5E, N7E, N9E og N9 må kun indgives via central vene. Kun Olimel Perifer N4E kan også indgives via perifer vene på grund af dets osmolaritet (760 mosm/l).
- For at undgå sådanne medicineringsfejl, er en planche vedhæftet, for at påminde om og vise sundhedspersonalet den korrekte måde at anvende Olimel Perifer/Olimel (**Bilag 1**).

Yderligere information

Olimel Perifer og Olimel er en række produkter, som er indiceret til parenteral ernæring (PN) til voksne og børn over 2 år, når oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrækkelig eller kontraindiceret.

Disse produkter giver en 3-i-1 total parenteral ernæring (TPN) emulsion, som indeholder makronæringsstoffer (fedt, aminosyrer og glucose); visse Olimel Perifer og Olimel formuleringer indeholder også elektrolytter.

Disse produkter findes som en 3-kammer pose, som skal "aktiveres" for at blande indholdet af kamrene inden indgivelse til patienten.

Produktinformation for Olimel Perifer og Olimel giver en detaljeret information om forberedelse, håndtering, dosering og indgivelsesmåde af Olimel Perifer/Olimel, såvel som særlige advarsler og forsigtighedsregler.

Rapporterne om medicineringsfejl, som Baxter har modtaget, er opstået på forskellige trin inden og under indgivelse af Olimel Perifer/Olimel. Sådanne medicineringsfejl kan føre til alvorlige bivirkninger, så som hyperglykæmi, tilfælde af overdosering, eller reaktioner på injektionsstedet, som er relateret til ekstravasation.

Bivirkningsrapportering

Indberet venligst alle mistænkte bivirkninger på lægemidler til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail ([sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)), med almindeligt brev eller telefonisk (tlf. 7222 7400) for at rekvirere et indberetningsskema.

Alle mistænkte bivirkninger, som observeres under anvendelse af Olimel Perifer eller Olimel kan også indberettes til Baxter.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om anvendelsen af Olimel Perifer eller Olimel, kan du kontakte Mathias Schmidt på tlf.nr. 20843172, e-mail: mathias_schmidt@baxter.com, Mette Bjerre-Christensen på tlf.nr. 20710229 eller e-mail: mette_bjerre_christensen@baxter.com eller Karin Fenger Ellekrog på tlf.nr. 23801310 eller e-mail: karin_fenger_ellekrog@baxter.com.

Med venlig hilsen
Baxter A/S



Inge Abildgaard
Regulatory Manager