

**Kunde svarblanket
Infusorer med spiralsnoet slange - Lækage
Tilbagekaldelse af produkter
19. juni 2013**

Produktnavn: Infusorer med spiralsnoet slange – Lækage ved den distal han luer og ved luer hættten
Produktkoder: 2C1071KJP, 2C1073KJP, 2C1075KJP, 2C1080KJP.

- Vi har det berørte produkt på vores lager og har kontaktet Baxter for at organisere returnering.
- Kode _____ Lot# _____ Antal til retur: _____ (Stk./Karton)
 Kode _____ Lot# _____ Antal til retur: _____ (Stk./Karton)
 Kode _____ Lot# _____ Antal til retur: _____ (Stk./Karton)
 Kode _____ Lot# _____ Antal til retur: _____ (Stk./Karton)
 Kode _____ Lot# _____ Antal til retur: _____ (Stk./Karton)
 Kode _____ Lot# _____ Antal til retur: _____ (Stk./Karton)
- (Vedhæft venligst ekstra sider med kontonummer, kode, lot nr. og antal efter behov)
- Vi har ingen af de berørte produkter på vores lager.
- Jeg har videregivet informationen til afdelinger, som de berørte produkter er distribueret til.

Udfyld og returner venligst denne blanket per fax eller e-mail som bekræftelse på, at du har modtaget denne information. En faxforside er ikke nødvendig.

Fax: 48166464

E-mail: lise_mosegaard@baxter.com

Udfyld venligst informationen nedenunder. Ved hurtigt svar undgår du rykkere.

Sygehus navn og adresse:	
--------------------------	--

Jeg har modtaget ovennævnte brev, udført de nødvendige tiltag og videregivet informationen efter behov.

SKAL UDFYLDES

Underskrift

Dato

Formular udfyldt af: (med blokbogstaver)	
Titel: (med blokbogstaver)	
Tlf:	