









Wound Management
Smith & Nephew
Medical Ltd
101 Heslop Road
Hull HU3 2BN
England

T 44 (0) 1482 225 151
F 44 (0) 1482 329 326
www.smith-nephew.com

 We are       

6. februar, 2013

HASTER: Frivillig produkt tilbagekaldelse samt vejledning for ALLEVYN Cavity Wound 5cm circular.

Produkt navn: ALLEVYN Cavity Wound 5cm circular

Produkt nummer: 66007326

Lot numre: 1241, 1242 & 1243

Kære kunde

Smith & Nephew Advanced Wound Management (S&N) har taget beslutning om frivilligt at tilbagekalde specifikke lot af ALLEVYN Cavity Wound 5cm circular. Beslutningen om at tilbagekalde disse produkter skyldes potentiel partikel kontaminering under fremstillingsprocessen i forbindelse med pakningen af produkterne.

Smith & Nephew ønsker at levere produkter af høj kvalitet, som er pålidelige til vore kunder, hvorfor vi foretager denne handling for at fjerne specifikke lot af det nævnte produkt fra markedet. Denne tilgang er efter forsigtighedsprincipper for at sikre patient sikkerhed og produkt ydelse.

Smith & Nephew beklager de ulemper dette forårsager for vor kunder.

Nødvendig handling De skal forestage:

Smith & Nephew beder alle slutbrugere, behandlere, og patienter om øjeblikkeligt at stoppe med anvendelse af de specifikke lot og placere produkterne i karantæne.. Kontakt leverandøren med henblik på returnering/afhentning af produkterne, samt med henblik på at få tilsendt erstatningsprodukter.


Vi beklager den ulempe dette måtte have forårsaget. you. I tilfælde af spørgsmål kontakt da venligt deres locale Smith & Nephew repræsentant.

Med venlig hilsen,

Jane Hare
Senior Vice President, Healthcare Systems
Smith & Nephew
Advanced Wound Management

Wound Management
Smith & Nephew
Medical Ltd
101 Hessle Road
Hull HU8 2BN
England

T 44 (0) 1482 275 181
F 44 (0) 1482 328 326
www.smith-nephew.com

 We are **sm** **n** **phew**

6 februar 2013

HASTER: PRODUKT TILBAGEKALDELSE

ATTENTION: Purchasing
Company Name
Address
City,
Country

Vedr: **Produktnavn: ALLEVYN Cavity Wound 5cm Circular**
Produktnummer: 66007326
Lot numre: 1241,142 & 1243

Kære kunde:

*For at Smith & Nephew kan gennemføre og dokumentere den frivillige produkt tilbagekaldelse af **ALLEVYN CAVITY WOUND 5cm Circular** skal vi bede Dem udfylde Lagerformularen, ved at skrive det antal af omfattede lot numre De har under "antal returneret" kolonnen. Såfremt de ikke har lager af de specifikke lot, bedes de skrive "0" i kolonnen samt stadig returnere formularen, enten:*

- (1) e-mail listen til Henrik.Jakobsen@smith-nephew.com;**
- (2) eller per fax til: 4580 6151**

Vi har behov for Deres svar for at kunne afslutte denne recall i henhold til lovkrav. Deres tilbagemelding er væsentlig i forbindelse med vor tilbagekaldelses process.

Med venlig hilsen,

Henrik Jakobsen
Operations Manager

Leverandør kontakt information:

Smith & Nephew A/S

Slotsmarken 14

2970 Hørsholm

Kontaktperson: Henrik Jakobsen

Telefonnummer: 4556 0837