

Dispomedica GmbH | Vierenkamp 15 | D-22453 Hamburg

Kunde

Kontaktperson

Gade/vej

Postnr. by

Land

2018-09-14

Vigtig information, skal videresendes straks!

Tilbagekaldelse af produkt embolektomikateter

Til rette vedkommende,

I forbindelse med vores interne kvalitetskontrol har vi bemærket, at sterileballagen af de produkter, der er anført på den vedlagte formular, "Tilbagekaldelse af produkter", muligvis ikke er lukket forsvarligt.

Ved emballage, der er forringet på denne måde, kan produktets sterilitet ikke garanteres. Ved anvendelse af et ikke-sterilt produkt er der fare for infektion. Indtil videre er der ikke blevet indberettet skader på patienter i forbindelse med disse omstændigheder.

Du bedes ikke længere at bruge eventuelle beholdninger af de partier, der er angivet i formularen "Tilbagekaldelse af produkter", og meddele os antallet, så vi kan foranledige returnering. Til dette formål bedes du bruge den tilsvarende kolonne i formularen. Returnerede varer bliver selvfølgelig godskrevet eller erstattet.

Skulle de anførte partier være blevet solgt videre, bedes du videresende denne sikkerhedsanvisning samt den medfølgende formular til alle kunder, der har modtaget disse produkter.

Hvis der allerede er blevet anvendt produkter, bedes dette ligeledes bekræftet på formularen.

Du bedes returnere den udfyldte formular **senest d. 21.09.2018** pr. fax eller e-mail.

Vi beder dig undskylde ulejligheden. Spørgsmål besvarer vi gerne på telefon +49-40-696564100. Desuden vil vi allerede nu takke for din forståelse og hjælp.

Med venlig hilsen
Dispomedica GmbH



p.v.v.
Dagmar Garbe
Salgschef