

Til Abena

4/8 2020

Tilbagetrækning af produkter

B. Braun Medical A/S er beklageligvis nødt til at igangsætte en tilbagetrækning af 3 lot. numre af Actreen Lite kateter.

Det drejer sig om følgende lot. numre:

- 18D26E8SND for varenr. 228212N Actreen Lite nelaton Ch. 12
- 18D28E8SNA for varenr. 228308N Actreen Lite female Ch. 8
- 18E02E8SNB for varenr. 228212N Actreen Lite nelaton Ch. 12

Årsagen er, at der er påført forkert udløbsdato på Actreen Lite æskerne (sekundær forpakning).

Der står

- 2021-04 i stedet for 2020-04
- 2023-05 i stedet for 2020-05
- 2021-05 i stedet for 2020-05

Fejlen er udelukkende på æskerne. Kateterforpakningerne (primær forpakning) har den korrekte udløbsdato anført.

Eftersom der er korrekt udløbsdato anført på kateterforpakningen (primærforpakning) er risikoen for patienterne/brugerne begrænset.

Vi skal bede jer informere de kunder, som har fået leveret produkter med de berørte lot. numre om fejlen.

Såfremt der ligger produkter hos borgere med disse lot. numre, så skal disse produkter returneres til nedenstående adresse og erstattes med nye. Produkterne bliver krediteret af B. Braun Medical A/S.

Dette gælder også de produkter I eventuelt har liggende på lager.

Vedhæftet er en formular, som I bedes udfylde og returnere til undertegnede.

Vi beklager den ulejlighed dette medfører for jer.

Venlig hilsen / Best regards

Marianne Rauff
Key Account Manager OPM Division

