



Lohmann & Rauscher

**Tilbagekaldelse af Procedure-  
pakker (Kitpack)  
ref. XXXXXX**

Lohmann & Rauscher A/S  
Gøngehusvej 252  
DK-2950 Vedbæk  
Tlf. +45 45 89 02 29 /  
Fax +45 45 89 02 29  
Email: info@dk.LRmed.com

**Recall / Tilbagekaldelse**

Dato 10.06.2021

**Vigtigt! – Tilbagekaldelse af produkt pga. mulig defekt komponent**

Kære kunde,

med baggrund i hensynet til patientsikkerhed, tilbagekaldes hermed diverse Procedure-pakker (Kitpacks), der indeholder gaze-kompres m. Røntgentråd. Røntgentråden i disse kompres har vist sig i enkelte tilfælde at kunne bryde under stræk/tension, hvorved der teoretisk kan afgives små stykker.



De berørte produkter er blevet adskilt, og de berørte pakker og LOT numre er blokeret på lageret i såvel Danmark som Tyskland.

Returner venligst produkterne i vedhæftet fil sammen med den vedlagte formular. I vil derefter modtage en kreditnota på de returnerede varer. Skulle I ønske en afhentning fra vor side, bedes I kontakte os, når formularen er udfyldt.

Venligst sørg for, at alle brugere af det ovennævnte produkt og andre relevante personer er bekendt med denne **Tilbagekaldelse** og send den vedlagte bekræftelse tilbage til os.

Hvis I har leveret prouktet til tredjemand, bedes I sende en kopi af denne information til dem.

Vi takker på forhånd for jeres samarbejde og beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen  
Lohmann & Rauscher A/S

Birgitte Holberg



Lohmann & Rauscher

**Bilag 1**

**Vigtig tilbagekaldelse !**

Dato 10.06.2021

**Tilbagekaldelse af produkt pga. mulig defekt komponent**

**(via mail: [birgitte@dk.LRmed.com](mailto:birgitte@dk.LRmed.com))**

**Sender:** Lohmann & Rauscher A/S  
Gøngehusvej 252  
DK-2950 Vedbæk

**Adresse:** Kundenavn  
på aftager Adresse 1  
Adresse 2  
Postnr. By

**& alle brugere, der anvender det omtalte produkt**

**Beskrivelse:** Tilbagekaldelse af diverse procedurepakker (KitPack) på grund af mulig Defekt gazekompres m. røntgentråd.

REF	Produkt beskrivelse
XXXXXX	KITPACK XXXXXX

**Kontaktperson:**

Birgitte Holberg  
Navn

Direktør  
Stilling

+45 45 89 02 25  
Tlf. Nr.

[birgitte@dk.LRmed.com](mailto:birgitte@dk.LRmed.com)  
Email

Oplys venligst dine kollegaer, der bruger produktet og bekræft overfor os, at produkterne ikke anvendes længere, og at produkterne er blevet returneret til os.



**Korrigerende handlinger:**

Vi beder jer om IKKE at anvende ovennævnte produkt, venligst send disse tilbage til os !

Kontakt os endelig, hvis I ønsker Afhentning (husk at udfylde nedenstående)

ATT.: Birgitte Holberg Tlf. +45 45 89 02 25 / mail [birgitte@dk.LRmed.com](mailto:birgitte@dk.LRmed.com)

Undertegnede bekræfter (afkryds venligst):

- At I ikke bruger procedurepakkerne med gaze-kompres m. rtg.tråd,
- At I informerer alle involverede personer om denne vigtige information om de ovennævnte produkter,
- At I ikke længere har ovennævnte produkter,
- At I ikke har givet ovennævnte produkter til tredjepart,
- At I har informeret tredjepart, hvis de har modtaget de ovennævnte produkter fra jer, om sikkerhedsoplysninger og manglende anvendelse af sætsystemer med nyrebakker af pap.
- At de berørte produkter, der leveres til jer og som stadig er i jeres eller tredjeparts besiddelse, vil blive returneret til Lohmann & Rauscher A/S

Venligst skriv antal returnerede produkter:

REF	Produkt	Lot nummer (batch)	Antal returnerede produkter
XXXXXX	KITPACK XXXXXX		
XXXXXX	KITPACK XXXXXX		
XXXXXX	KITPACK XXXXXX		

Dato / Signatur : \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Stilling: \_\_\_\_\_

Afd. / institution : \_\_\_\_\_

Tlf. og mail: \_\_\_\_\_