

Dato: 28. Marts 2022

## Information om opdateret brugervejledning til produkt

Kære kunde,

ZiboCare A/S skal hermed informere om at vi af følgende produkt:

- Combi Active Hybrid madras

Har opdateret brugervejledningen til produktet. Opdateringen er foretaget på baggrund af en hændelse hvor en bruger har udviklet tryksår, da madrassen ikke blev anvendt i kombination med et planlagt venderegime. Det skal derfor indskærpes at produktet skal anvendes efter instruktionerne i brugervejledningen. Der er ikke konstateret fejl eller usikkerheder ved produktet, hvis angivelserne følges.

Produktet er solgt gennem ZiboCares konsulenter under flg. oplysninger:

Produktnavn:	85x200 Zibo Combi Active Dynamisk madras
Varenummer:	85200combi
Ref/HMI nr.:	115475

Opdateringen vedrører alle private og offentlige kunder, der har købt produktet hos ZiboCare A/S. Alle berørte kunder bliver kontaktet af ZiboCare A/S med information om denne sikkerhedsmeddelelse samt den opdaterede brugervejledning.

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til:

Martin Olesen, ZiboCare A/S  
Tlf.: 40 75 04 14  
E-mail: mo@zibocare.dk