

SIKKERHEDSMEDDELELSE **OPDATERING**



Dato for afsendelse af meddelelse

GE HealthCare Ref. nr. 32097-3

Til: Direktør for biomedicinsk ingeniørarbejde
Direktør for neonatologi / L&D / Sygeplejerskechef
Risikomanager/Hospitaladministrator

VEDR.: **Opdatering af GE HealthCares kommunikation: Varmeapparatdør til bestemte Giraffe OmniBed og Giraffe OmniBed Carestation enheder**

Kære kunde

GE HealthCare har for nyligt fundet yderligere produkter, der er påvirket af den vedhæftede sikkerhedsmeddelelse (ref. nr. 32097 og nr. 32097-2). Derfor har GE HealthCare opdateret listen over de påvirkede produkter til at omfatte Giraffe OmniBed Carestation enheder, der er fremstillet mellem januar 2018 og **juli 2025** samt Giraffe OmniBed og Giraffe OmniBed Carestation enheder, der i dette tidsrum har fået udskiftet låge til varmeanheden.

Se venligst vedlagte GE HealthCare sikkerhedsmeddelelse ref. nr. 32097 og nr. 32097-2 angående specifikke detaljer vedrørende dette sikkerhedsproblem, samt hvorledes fremstillingsdatoen findes på udstyret.

Vær sikker på, at opretholdelse af et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau er vores højeste prioritet. I tilfælde af spørgsmål kan vi kontaktes ved hjælp af de oplysninger, der findes i GE HealthCares sikkerhedsmeddelelse.

Med venlig hilsen,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare

Scott Kelley
Chief Medical & Safety Officer
GE HealthCare