

# Vejledning til den ordinerende læge vedr OPUVIZ ▼ (aflibercept) 40 mg/ml

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger i forbindelse med aflibercept til Lægemiddelstyrelsen:

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)  
Telefon: +45 44 88 95 95

Denne vejledning giver vigtige oplysninger om OPUVIZ 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning (dosis på 2 mg aflibercept), om lægemidlet og hvordan det skal administreres korrekt til dine patienter.


Aflibercept patientinformationsvejledningen, herunder lydversionen (hvor patientinformationsvejledningen læses op), og indlægssedlen skal udleveres til alle patienter.

Video om den intravitreale injektionsprocedure er tilgængelig på <https://www.sb-armm.eu/dk>

 **Opuviz**<sup>™</sup>  
aflibercept

## Vigtigste brugsanvisninger

- Hætteglasset indeholder overskydende volumen. Inden injektion skal injektionssprøjterne med opløsning optrukket fra hætteglasset primes til det korrekte volumen til injektion i overensstemmelse med trinene i brugsanvisningen.
- Der skal sikres en korrekt aseptisk teknik, herunder anvendelse af bredspektret mikrobicid, for at minimere risikoen for intraokulær infektion.
- For korrekt injektionsteknik skal den intravitreale injektion gives med korrekt injektionsvinkel og den intravitreale injektion skal udføres med en 30 G x ½"- kanyle. Hvis der bruges en kanyle af mindre størrelse (højere gauge) end 30 G x ½"- kanylen, kan det medføre øget injektionsmodstand
- Fjern alle bobler, og sprøjt overskydende lægemiddel ud ved langsomt at trykke stemplet ned, så den flade kant af stemplet er på linje med 0,05 ml-markeringen på injektionssprøjten (svarer til 0,05 ml, dvs. 2 mg aflibercept)
- **Aflibercept 40 mg/ml fyldt injektionssprøjte (2 mg dosis):**
  - Pres luften ud, og juster lægemiddeldosen .Tryk forsigtigt på stemplet, indtil den øverste kant under gummiproppens kuppel flugter med det gennemsigtige dosismærke på 0,05 ml.
  - Når gummiproppen kommer i kontakt med dosismærket, kan der mærkes en let modstand. Modstanden indikerer, at det korrekte dosisvolumen af aflibercept er nået.



- Aflibercept er ikke godkendt til flerdosisbrug, videretilberedning eller opdeling af lægemidlet i et hætteglas. Anvendelse af mere end én injektion fra hætteglasset kan medføre kontaminering og efterfølgende infektion.

## Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter skal altid informeres om, at de straks bør rapportere tegn og symptomer på bivirkninger.

Bivirkning/risiko	Foranstaltninger for at minimere risikoen
Intraokulær inflammation, herunder endoftalmitis	Anvend en korrekt aseptisk teknik ved forberedelse af injektionen og under selve injektionen. Brug anbefalede antiseptiske midler. Overvåg patienterne efter injektionen.
Forbigående stigning i intraokulært tryk	Sprøjten skal primes på korrekt vis ved at fjerne overskydende volumen og luftbobler fra sprøjten inden administration. Overvåg patientens syn og intraokulære tryk efter injektionen.
Rift i det retinale pigmentepitel	Vær opmærksom på risikofaktorer for rift i det retinale pigmentepitel. Overvåg patienten efter injektionen for symptomer såsom akut synsnedsættelse (centrale syn, blinde pletter (centrale skotomer) og forvrænget syn med skævelodrette eller vandrette linjer (metamorforbsier).
Katarakt	Mål det korrekte injektionssted, anvend korrekt injektionsteknik.
Off-label-brug/misbrug	Brug kun lægemidlet til at behandle godkendte indikationer, og anvend den godkendte dosis. Brugen af aflibercept til behandling af AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV er ikke relevant i den pædiatriske population.
Embryo-/fostertoksicitet	Instruer patienten i at anvende effektiv prævention under behandlingen: I mindst 3 måneder efter den sidste intravitreale injektion med aflibercept 40 mg/ml (2 mg dosis) aflibercept 40 mg/ml (2 mg dosis) bør ikke anvendes under graviditet, medmindre den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret
Eksposering under amning	aflibercept anbefales ikke til patienter, som ammer.

### Efter injektionen

- Evaluér synet umiddelbart efter injektionen (håndbevægelse eller tælling af fingre).
- Patienterne skal overvåges for stigning i det intraokulære tryk umiddelbart efter den intravitreale injektion.
- Efter intravitreal injektion skal patienterne instrueres i øjeblikkeligt at rapportere eventuelle symptomer på endoftalmitis (f.eks. øjensmerter, rødme i øjet, fotofobi, sløret syn).

## GENERELLE OPLYSNINGER

Du skal forklare implikationerne af anti-VEGF-behandling til patienten.

Patientvejledningen er et redskab, der vil hjælpe dig med at kommunikere oplysninger om sygdommen og behandling til din patient. Denne vejledning kan fås på forespørgsel hos Samsung Bioepis, og du bør uddele den til dine patienter. Den fås som en vejledning og en lydversion til dine patienter. Den indeholder oplysninger om tegn og symptomer på bivirkninger, og om hvornår patienten straks skal søge lægehjælp.

Produktresuméet beskriver aflibercepts egenskaber og de godkendte indikationer. Det er en vigtig kilde til oplysninger for sundhedspersoner om sikker og effektiv anvendelse af OPUVIZ. Det findes på [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu). Læs det godkendte produktresumé for OPUVIZ for at få de komplette oplysninger om dosering og dosisbefalinger for OPUVIZ 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning (2 mg dosis).

## BIVIRKNINGER

Se pkt. 4.8 i produktresuméet for en fuldstændig liste over de mulige bivirkninger og deres hyppigheder.

Vigtigste tegn og symptomer på bivirkninger omfatter:

Bivirkning	Vigtigste tegn og symptomer
Forbigående øget intraokulært tryk	Patienterne kan opleve synsforandringer, såsom midlertidigt synstab, øjensmerter, ringe omkring lyskilder, røde øjne, kvalme og opkastning
Rift i det retinale pigmentepitel	Patienterne kan opleve et pludseligt nedsat (centralt) syn, blind plet (centralt skotom) og forvrænget syn med krumning af enten lodrette eller vandrette linjer (metamorfopsi)
Rift eller løsning af nethinden	Patienterne kan opleve pludselige lysglimt, en pludselig forekomst af eller en stigning i antallet af glaslegemeflydere, et gardin ned over en del af synsfeltet og synsforandringer
Intraokulær inflammation, herunder endoftalmitis	Patienterne kan opleve øjensmerter eller øget ubehag, forværring af øjenrødme, fotofobi eller lysfølsomhed, hævelse og synsforandringer, f.eks. pludseligt nedsat syn eller sløret syn
Katarakt (traumatisk, nuklær, subkapsulær, kortikal) eller uklarhed af linsen	Patienterne kan opleve en nedsat evne til at se klare linjer og former, skygger og farvesyn i forhold til tidligere, og synsforandringer

Se pkt. 4.8 i produktresuméet for en fuldstændig liste over mulige bivirkninger.


# BRUGSANVISNING FOR AFLIBERCEPT

## Generel forberedelse af injektionen

- Intravitreale injektioner skal udføres i overensstemmelse med medicinske standarder og gældende retningslinjer af **en kvalificeret læge med erfaring i administration af intravitreale injektioner og med kendskab til håndtering** af hætteglasset/den fyldte injektionssprøjte.
- Kirurgisk hånddesinfektion, aseptiske handsker, en steril afdækning og et sterilt øjenlågsspekel (eller tilsvarende) anbefales.
- Anvend en 30 G x ½"-kanyle til den intravitreale injektion. Brug af en injektionskanyle af mindre størrelse (højere gauge) kan medføre øget injektionsmodstand.


## Fyldt injektionssprøjte 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning (2 mg dosis)

Bemærk: Bliv bekendt med hvordan denne injektionssprøjte anvendes, inden den anvendes til patienter.



Den fyldte injektionssprøjte **må ikke** anvendes, hvis:

- der ses partikler, uklarheder eller misfarvning.
- injektionssprøjten er beskadiget.
- sprøjtehætten ikke er helt lukket.
- det grå gummi er synligt i sprøjtehættens transparente del, når injektionssprøjten holdes lodret i øjenhøjde, hvilket indikerer, at der er blevet pillet ved injektionssprøjten.



## 1. Klargør den fyldte injektionssprøjte til administration

Det er vigtigt at forberede den fyldte injektionssprøjte med en aseptisk teknik.


En assistent bør udføre følgende trin: Tag æsken med den fyldte injektionssprøjte ud af køleskabet.

Åbn æsken og tag blisteren med sprøjten ud. Blisteren må ikke placeres på en aseptisk overflade, da blisterens udvendige overflade ikke er steril. Indersiden af den forseglede blister og den fyldte injektionssprøjte er sterile. Træk forsigtigt laget af for at åbne blisteren. Der skal anvendes en aseptisk teknik, efter blisteren er åbnet.

De resterende trin udføres af en kvalificeret læge med en steril teknik og brug af aseptiske handsker under håndteringen: Fjern den fyldte injektionssprøjte fra blisteren med to fingre. Inspicer sprøjten visuelt. Placér sprøjten i en aseptisk bakke, indtil du er klar til at samle den.

## 2. Fjern låget på sprøjten


**Sprøjtehætten vrides af** (den må ikke trækkes eller knækkes af) ved at holde sprøjten i den ene hånd og sprøjtehætten mellem den anden hånds tommel- og pegefinger.



## 3. Sæt kanylen på


- Fastgør en 30 G x ½ tomme steril injektionskanyle til injektionssprøjten ved at skrue den stramt på luer lock-samlingen.
- Fjern forsigtigt kanylehætten ved at trække den lige af, når du er klar til at administrere aflibercept.

Bemærk: Kanylen må ikke aftørres på noget tidspunkt.



## 4. Kontrollér for bobler

**Kontrollér, om der er bobler i opløsningen** ved at holde sprøjten med kanylen pegende opad. **Hvis der er bobler til stede, banker du let på sprøjten med fingeren, indtil boblerne stiger opad.**




5. **Stemplet må ikke trækkes tilbage.** Det kan kompromittere produktets sterilitet.

6. Fjern luftbobler og overskydende lægemiddel

**Det er vigtigt at håndtere den fyldte injektionssprøjte korrekt for at undgå risikoen for medicineringsfejl. Dette inkluderer, at overskydende volumen og luftbobler fjernes, for at undgå overdosering.**

- Hold injektionssprøjten i øjenhøjde.
- Se godt efter, og find det gennemsigtige dosismærke.
- Tryk forsigtigt på stemplet, indtil den øverste kant under gummiproppens kuppel flugter med det gennemsigtige 0,05 ml-dosismærke.
- Der kan muligvis mærkes modstand, når gummiproppen kommer i kontakt med dosismærket. Modstanden er tegn på, at det korrekte dosisvolumen af aflibercept er nået.



7. Injicér EYLEA

Injicér langsomt, indtil gummiproppen når bunden af injektionssprøjten, for at levere volumenet på 0,05 ml.

**Bemærk: Efter injektionen må hættten ikke sættes på kanylen igen, og kanylen må ikke tages af injektionssprøjten. Det kan potentielt medføre en nålestikskade.**

8. **Den fyldte injektionssprøjte er kun til engangsbrug.**

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

## Hætteglas 40 mg/ml (2 mg dosis) injektionsvæske, opløsning


### 1. Inspicér hætteglasset, og fjern hætteglassets låg

Det er vigtigt at forberede sprøjten med aflibercept[1.1] fra hætteglasset med aseptisk teknik. Bemærk, at mørkere/grå handsker på billederne ikke er aseptiske, og at hvide handsker er aseptiske.

En assistent bør udføre følgende trin:


Tag æsken med hætteglasset ud af køleskabet. Lad æsken og dens indhold nå stuetemperatur. Åbn æsken, tag hætteglasset ud og sæt det lodret på en flad overflade, så opløsningen kan samles i bunden af hætteglasset.

Hætteglasset må ikke placeres på en aseptisk overflade, da ydersiden af hætteglasset ikke er steril. Indersiden af hætteglasset er steril. Tjek, at opløsningen er i bunden af hætteglasset. Inspicér hætteglasset og indholdet visuelt (opløsningen). Plastiklåget fjernes, og den ydre del af hætteglassets gummiprop desinficeres.



### 2. Påsat filterkanylen

Den kvalificerede læge bør udføre de resterende trin med en aseptisk teknik, herunder ved anvendelse af aseptiske handsker: Med en aseptisk teknik skrues den 18 G, 5-mikron filterkanylen, som leveres i æsken på en 1 ml steril Luer-lock-sprøjte.



### 3. Indsæt kanylen i hætteglasset


Indsæt filterkanylen ned midt i hætteglassets gummiprop, indtil kanylen er stukket helt ned i hætteglasset, og spidsen af kanylen berører bunden eller den nederste del af hætteglasset.



### 4. Træk opløsningen op

Træk hele indholdet af hætteglasset med aflibercept[2.1] langsomt ind i sprøjten, mens hætteglasset holdes lodret og en smule på skrå, så alt indholdet trækkes op. Dette hjælper med at forebygge luftbobler. For at undgå, at der kommer luft med, skal du sikre dig, at filterkanylens skråspids er neddyppet i opløsningen. Fortsæt med at holde hætteglasset vippet, mens opløsningen trækkes op, så opløsningen kan samles i hætteglassets hjørne, samtidig med at du holder filterkanylens skråspids neddyppet i opløsningen.

Sørg for, at stempelstangen er trukket tilstrækkeligt tilbage, når hætteglasset tømmes, for at tømme filterkanylen helt.



### 5. Fjern filterkanylen

Skrue filterkanylen af, og bortskaf den på korrekt vis. **Brug ikke filterkanylen til intravitreal injektion.**

## 6. Sæt kanylen på

Med en aseptisk teknik drejes 30 G x ½"-kanylen godt fast på spidsen af Luer-lock-sprøjten. Brug af en injektionskanyle af mindre størrelse (højere gauge), kan [j3.1] medføre øget injektionsmodstand.

## 7. Kontrollér for luftbobler



Indholdet af sprøjten inspiceres visuelt ved at holde injektionssprøjten med kanylen pegende opad. **Kontrollér opløsningen for bobler.**

**Hvis der er bobler til stede, banker du let på sprøjten med fingeren, indtil boblerne stiger opad.**

## 8. Fjern alle bobler, og sprøjt overskydende lægemiddel

**Det er vigtigt at håndtere den fyldte injektionssprøjte korrekt for at undgå risikoen for medicineringsfejl. Dette inkluderer, at overskydende volumen og luftbobler fjernes, for at undgå overdosering.**


**OBS! En 2 mg dosis af aflibercept udgøres af et volumen på 0,05 ml aflibercept 40 mg/ml opløsning. [j4.1]**



### Aflibercept[j1.1] 2 mg dosis

Brug et volumen på 0,05 ml aflibercept 40 mg/ml opløsning[j2.1]

Fjern alle bobler, og sprøjt overskydende lægemiddel ud ved langsomt at trykke stempelstangen ned, så den flade kant af stemplet er på linje med **0,05 ml-linjen på sprøjten for hætteglasset med aflibercept[j3.1] 40 mg/ml.**




**Præcis placering af stemplet, som vist i diagrammerne ovenfor, er vigtig. Forkert placering af stemplet kan medføre, at der indgives mere eller mindre end den anbefalede dosis.**

## 9. Hætteglasset er kun til engangsbrug.


Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

## INJEKTIONSPROCEDURE


For yderligere oplysninger om intravitreal injektionsprocedure, sterile teknikker (herunder periokulær og okulær desinfektion) og anæstesi henvises til de lokale og/eller nationale kliniske retningslinjer.




1. 1 Giv dråbeanæstesi. Pupildilatation forud for injektionsproceduren er **ikke** nødvendig.




2. Dryp desinfektionsmiddel (f.eks. 5 % povidon-jod-opløsning eller lignende) på øjenlågene, kanten af øjenlågene og i konjunktivalsækken. Desinfektionsmidlet skal være på overfladen i det tidsrum som retningslinjerne for lokal praksis anbefaler.




3. Et desinfektionsmiddel (f.eks. 10 % povidon-jod-opløsning eller lignende) bør også påføres på den periokulære hud, øjenlågene og øjenvipperne; sørg for ikke at trykke for meget på øjets kirtler. Desinfektionsmidlet skal være på overfladen i det tidsrum som retningslinjerne for lokal praksis anbefaler.



4. Dæk med steril afdækning, og indfør et sterilt øjenlågsspekel. Der kan også påføres desinfektionsmiddel en gang til, f.eks. 5 % povidon-jodopløsning, i konjunktivalsækken. Desinfektionsmidlet skal være på overfladen i det tidsrum som retningslinjerne for lokal praksis anbefaler.



5. Bed patienten om at se væk fra injektionsstedet. Positionér øjet adækvat. Markér et injektionssted ved et område, der er 3,5 til 4,0 mm posteriort for limbus.



6. Kanylen indføres i corpus vitreum-hulen, idet den horisontale meridian undgås, og der sigtes mod øjenæblets centrum. Injicér den anbefalede dosis, samtidig med at stemplet forsigtigt presses ned og med konstant tryk. Pres ikke yderligere, når stemplet rammer bunden af sprøjten. Der må ikke injiceres eventuelt restvolumen, der er tilbage i sprøjten efter injektion. Stedet på sklera skal roteres ved efterfølgende injektioner.

## ANDRE INFORMATIONSKILDER

Kontakt Samsung Bioepis for yderligere oplysninger om Opuviz på telefon: 80 83 04 25 eller [bioepis.mi@medinformation.co.uk](mailto:bioepis.mi@medinformation.co.uk)



# PATIENTINFORMATIONSVÆJLEDNING TIL OPUVIZ ▼ (aflibercept)

Denne vejledning er skrevet til patienter, der har fået ordineret OPUVIZ (aflibercept injektionsvæske, opløsning) til behandling af:

- våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD) og/eller
- diabetisk makulaødem (DME) og/eller
- makulaødem som følge af retinal centralveneokklusion (CRVO) og/eller
- makulaødem som følge af retinal grenveneokklusion (BRVO) og/eller
- myopisk koroidal neovaskularisering (mCNV)



Vejledningen fås også i en elektronisk version med en tilhørende lydvejledning. Lydvejledningen er en oplæsning af denne vejledning. Du kan finde flere oplysninger i indlægssedlen.

For at få adgang til den digitale version af denne vejledning inkl. lydvejledningen. Scan denne QR-kode:



Alternativt kan du gå ind på følgende webadresse:  
<https://www.sb-armm.eu/dk> i din browser på din mobil eller computer.

For at få adgang til den nyeste indlægsseddel, se webadresse:  
[www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

## Hvad er aflibercept?

Aflibercept er en type behandling, der kaldes anti-VEGF. Anti-VEGF er en forkortelse for anti-vaskulær endotelial vækstfaktor, og det beskriver, hvordan aflibercept virker for at beskytte dit syn.

Aflibercept blokerer VEGF, og denne virkning er med til at mindske hævelsen i nethinden og kan medføre forbedring og stabilisering af synet.

Aflibercept er en opløsning (en væske), der sprøjtes ind i øjet. aflibercept gives i en dosis på 2 mg. Din læge vil anbefale en behandlingsplan for dig, og det er meget vigtigt, at du følger den.

## Hvad skal din læge vide, inden du bliver behandlet med aflibercept?

Inden din behandling med aflibercept starter, skal du sørge for at fortælle din læge og andre sundhedspersoner, hvis du:

- Har en infektion i eller omkring øjet
- Har røde øjne, eller hvis dine øjne gør ondt
- Mistanke om du kan være allergisk over for jod, et eller flere smertestillende midler eller et eller flere af indholdsstofferne i aflibercept
- Har haft nogen som helst problemer med indsprøjtninger i øjet tidligere
- Har grøn stær eller tidligere har fået konstateret højt tryk i øjet
- Ser eller har set lysglimt eller ”fluer” i dit synsfelt
- Tager et eller flere lægemidler med eller uden recept
- Har fået eller skal have en øjenoperation inden for 4 uger før eller efter behandlingen med aflibercept
- Er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Der er meget få oplysninger om, hvor sikkert det er for gravide kvinder at bruge aflibercept. Aflibercept 2 mg dosis bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre fordelene opvejer risikoen for det ufødte barn. Tal med din læge om dette, inden du bliver behandlet med aflibercept. Kvinder, der kan blive gravide, skal bruge sikker prævention under deres behandling med aflibercept. Hvis du bliver behandlet med en dosis på 2 mg aflibercept, skal du fortsætte med at bruge sikker prævention i mindst tre måneder efter den sidste indsprøjtning. Små mængder aflibercept kan passere over i brystmælken. Aflibercepts virkning på nyfødte/spædbørn, der ammes, er ukendt. Brug af aflibercept under amning frarådes.

## Hvordan kan jeg forberede mig på min aftale, når jeg skal behandles med aflibercept?

Øjenlægen beder dig måske om at tage øjendråber i nogle dage før din aftale. Når du har fået behandlingen, kan synet blive sløret. Derfor bør du ikke køre bil hjem efter behandlingen.

Aftal med en ven eller et familiemedlem, at de følger dig til øjenlægen, eller planlæg en anden måde at komme til og fra behandlingen. Tag ikke makeup på den dag, du skal have behandling.

## Hvad kan jeg forvente efter behandlingen med aflibercept?

Øjenlægen foretager måske nogle øjentest efter indsprøjtningen. Dette kan omfatte måling af trykket i øjet.

Efter indsprøjtningen vil synet være sløret, så du bør ikke planlægge at køre bil, før du ser normalt igen.

I de efterfølgende dage får du måske et blodsprængt øje eller ser pletter, der bevæger sig i synsfeltet. Begge dele bør forsvinde efter nogle få dage. Hvis de ikke gør det, eller hvis de bliver værre, skal du kontakte øjenlægen.

Nogle mennesker mærker en svag smerte eller et svagt ubehag i øjet efter indsprøjtningen. Hvis det ikke forsvinder eller bliver værre, skal du kontakte øjenlægen.

## Har aflibercept bivirkninger?

Ligesom alle andre lægemidler kan aflibercept give bivirkninger. Det er ikke alle, der efter at have fået en indsprøjtning med aflibercept får bivirkninger.

**Kontakt straks din læge, hvis du får et eller flere af de tegn eller symptomer, der er anført i nedenstående tabel, da de kan være tegn på alvorlige komplikationer ved behandlingen:**

Tilstand	Nogle potentielle tegn eller symptomer
Infektion eller betændelsestilstand inde i øjet	Smerter eller øget ubehag i øjet Tiltagende rødme i øjet Følsomhed over for lys Hævede øjenlåg Synsforandringer, som for eksempel pludseligt nedsat syn eller sløret syn
Uklarhed af linsen (grå stær)	Sløret syn Skygger i synsfeltet Mindre tydelige linjer og former Forandringer i farvesynet (f.eks. farver, der ser "forvaskede" ud)
Forhøjet tryk i øjet	Lysende ringe, der ses omkring lyskilder Øjensmerter Røde øjne Kvalme eller opkastning Synsforandringer
Løsning af eller rift i et af nethindens lag	Pludselige lysglimt Pludseligt opståede eller en øget mængde "fluer" En gardinlignende skygge over en del af synsfeltet Synsforandringer

Den fuldstændige oversigt over bivirkninger er tilgængelig i indlægssedlen for aflibercept. Du kan få adgang til indlægssedlen via webadressen på forsiden af denne vejledning eller ved at spørge din læge.

## Hvad hvis jeg har bekymringer eller spørgsmål?

Har du spørgsmål eller er du bekymret, så tal med din behandlende øjenlæge eller sygeplejerske. De kender dig og kan hjælpe dig på den bedste måde.

Din øjenklinik er: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Klinikkens stempel: \_\_\_\_\_

### Indberetning af bivirkninger

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger De får til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Telefon: +45 44 88 95 95

